Z.I. les Sables 4, Avenue Descartes, BP20091
91423 MORANGIS CEDEX

KT820



Cordon de mesure EVSE

- Tension d’entrée : max. 250V (monophasé), max. 430V (triphasé) 50/60Hz
- Catégorie de mesure : CAT II 300V
- Simulation CP : statut A, B, C, D
- Simulation de défaut : Défaut CP “E”, défaut PE (défaut de terre)
- Type de connecteur d’essai : IEC62196-2 Type 2 mâle
- Longueur du câble d’essai : 25 cm

Documentation

Fiche technique

Manuels

Notice

info@turbotronic.fr
tel. +33(0)1 60 11 42 12
fax +33(0)1 60 11 17 78